



Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

IMPUGNAÇÃO - PP 038/2023 - HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO - PETRÓPOLIS/RJ

2 mensagens

'Cynthia Oliveira Ribeiro de Sá' via Licitação HAC <licitacao@alcidescarneiro.com>

21 de junho de 2023 às 17:23

Responder a: Cynthia Oliveira Ribeiro de Sá <cynthia.oliveira@alfamed.com>

Para: "licitacao@alcidescarneiro.com" <licitacao@alcidescarneiro.com>

Cc: Liandy Fernandes De Souza <liandy.souza@alfamed.com>, Lediane Pinheiro <lediane.pinheiro@alfamed.com>, "licita1@gnmed.com.br" <licita1@gnmed.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue anexo Impugnação referente ao processo em epígrafe, Item Ultrassom.

Favor confirmar recebimento deste.

Grata.

Atenciosamente,

Best regards,

Cynthia Oliveira R. de Sá

Analista de Produto – Suporte a Vida

Product Analyst – Life Support

+55 31 3681-6388

+55 31 9 8461-4831

www.alfamed.com

Alfa Med Sistemas Médicos Ltda

CNPJ 11.405.384/0001-49

Rua Hum, 55, Galpão 5 | Distrito Industrial Genesco Ap. de Oliveira

Lagoa Santa - MG - Brasil CEP 33240-094

Aviso Legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

Confidentiality Note

This message, including its attachments, contains and/or may contain confidential and privileged information. If you are not the person authorized to receive this message, you may not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If this message is received by mistake, please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files. We appreciate your cooperation.

 Impugnação Alfamed.pdf
681K

Licitações SEHAC - Julio <licita.julio@alcidescarneiro.com>

26 de junho de 2023 às 12:31

Para: Cynthia Oliveira Ribeiro de Sá <cynthia.oliveira@alfamed.com>

Cc: licitacao@alcidescarneiro.com, Licitações SEHAC - Julio <licita.julio@alcidescarneiro.com>, Micaella Veiga Mesquita <juridico.micaella@alcidescarneiro.com>, Almir Fernandes Tenente <engclinica.almir@alcidescarneiro.com>

Boa tarde a todos,

Em resposta à Impugnação apresentada pela empresa Alfamed no dia 21 de junho de 2023, informo que:

Considerado Tempestivo, conforme Art. 19, § 3º do Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC:

“§ 3º. O ato convocatório pode ser impugnado pelos interessados, no prazo de 3 (três) dias a contar de sua comunicação, cabendo à decisão à autoridade competente, nos termos do art. 8º.”

Mediante a solicitação e tendo também como objetivo, em todas os procedimentos licitatórios, a amplitude de participantes e o esclarecimento de todas as dúvidas, encaminhamos a documentação ao responsável técnico para a realização de análise dos fatos apresentados, levando a seguinte conclusão (texto transcrito do e-mail enviado pelo responsável):

"Em resposta a impugnação do PP 038/2023, realizada pela empresa Alfamed.

Foi questionado os itens que estão especificados abaixo:

- "Transdutores: Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga, passíveis de desinfecção através da imersão da cabeça do transdutor (completa) e do cabo em líquidos para assepsia e prevenção de infecção hospitalar e de contaminação cruzada entre pacientes".
- "Transdutores resistentes a líquidos segundo a norma internacional IPX7".
- "Com teclado alfanumérico totalmente selado e resistente a desinfecção com líquidos assépticos para prevenção de contaminação".
- "Portável e resistente a quedas e impactos (adequado para utilização onde se requer deslocamentos frequentes do equipamento inclusive unidades moveis se necessário)".
- "Monitor de vídeo LCD colorido de alta resolução, integrado ao sistema ou similar, com diagonal de no mínimo 12" e película antirreflexo";
- "Transdutores com cabos blindados..."

Foi solicitado os itens acima, porque os equipamentos irão ser utilizados no Centro Cirúrgico, UPC, UTI Adulto e UTI Neonatal. Onde é usado com frequência, muitas soluções líquidas, e é propicio a queda de transdutores e equipamentos no chão. Onde reforcei a nossa solicitação, para que acessórios e partes dos equipamentos sejam reforçados, que foi caso dos cabos, gabinete, garantia de fabricação e transdutores.

Além do que houve mais de uma proposta de fornecimento, de fornecedores diferentes no processo. O que caracteriza o não direcionamento para nenhuma empresa.

Atenciosamente,

Eng. Almir Fernandes.
Engenharia Hospitalar
SEHAC - MAT: 2897"

Desta forma opinamos pelo conhecimento e não acolhimento do referido pedido de Impugnação, mantendo assim todas as especificações contidas no edital, bem como, data e local agendados.

Att,

Julio Gall Campos

Supervisor de Licitações – SEHAC.



SEHAC
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

Julio Gall Campos
Licitação

Rua Vigário Correa, n° 1345, Corréas, Petrópolis - RJ, CEP 25.720-320
(24) 2236-6676 www.sehac.com.br sehacoficial
sehacoficial sehacoficial

[Texto das mensagens anteriores oculto]

----- Mensagem encaminhada -----

From: Almir Fernandes Tenente <engclinica.almir@alcidescarneiro.com>

To: Julio Gall Campos <licita.julio@alcidescarneiro.com>

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 23 Jun 2023 16:30:04 -0300

Subject: Resposta a impugnação da Alfamed.

Em resposta a impugnação do PP 038/2023, realizada pela empresa Alfamed.

Foi questionado os itens que estão especificados abaixo:

- "Transdutores: Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga, passíveis

de desinfecção através da imersão da cabeça do transdutor (completa) e do cabo em líquidos para assepsia e prevenção de infecção hospitalar e de contaminação cruzada entre pacientes”.

- “Transdutores resistentes a líquidos segundo a norma internacional IPX7”.
- “Com teclado alfanumérico totalmente selado e resistente a desinfecção com líquidos assépticos para prevenção de contaminação”.
- “Portável e resistente a quedas e impactos (adequado para utilização onde se requer deslocamentos frequentes do equipamento inclusive unidades moveis se necessário)”.
- “Monitor de vídeo LCD colorido de alta resolução, integrado ao sistema ou similar, com diagonal de no mínimo 12” e película antirreflexo”;
- “Transdutores com cabos blindados...”


Foi solicitado os itens acima, porque os equipamentos irão ser utilizados no Centro Cirúrgico, UPC, UTI Adulto e UTI Neonatal. Onde é usado com frequência, muitas soluções líquidas, e é propício a queda de transdutores e equipamentos no chão. Onde reforçei a nossa solicitação, para que acessórios e partes dos equipamentos sejam reforçados, que foi caso dos cabos, gabinete, garantia de fabricação e transdutores.

Além do que houve mais de uma proposta de fornecimento, de fornecedores diferentes no processo. O que caracteriza o não direcionamento para nenhuma empresa.

Atenciosamente,

Eng. Almir Fernandes.
Engenharia Hospitalar
SEHAC - MAT: 2897

2 anexos

 **Impugnação Alfamed.pdf**

681K

 **Resposta a impugnação da Alfamed.eml**

12K