



Shell LIFE

SOLICITAÇÃO DE IMPUGNACAO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2023.

AO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO – SEHAC, RUA VIGÁRIO CORREA, 1345, CORRÊAS, PETRÓPOLIS - RJ

REF. PREGÃO PRESENCIAL N°072/2023.

PROCESSO N° 1023/2023

A empresa SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR, vem através deste solicitar impugnação do Edital de Pregão Presencial n° 072/2023.

Como forma de garantir a ampla participação e cumprir um dos preceitos que rege os processos de licitação pública, solicitamos a impugnação do edital conforme esclarecemos abaixo:

O Edital solicita o descritivo técnico abaixo para o item 01 – Aparelho de anestesia

“Parâmetros e faixas de ajuste mínimos dos controles ventilatório para: fluxo de 4 a 100 l/min, frequência de 4 a 100rpm, razão I:E de 2:1 a 1:4, peep de 2 a 40cmH2O, pressão limite de 10 a 90cmH2O e volume corrente de 20 a 1500ml.”

- Faixa de peep de 2 a 40cmH2O: A faixa de peep entre 30 a 40 cmH2O não é utilizada, Os principais fabricantes do mercado não possuem essa faixa, a conferir na tabela abaixo:

- Pressão limite de 10 a 90cmH2O: Faixa de Pressão inspiratória entre 80 e 90cmH2O pode gerar BAROTRAUMA e por essa razão não é utilizada. , Os principais fabricantes do mercado não possuem essa faixa, a conferir na tabela abaixo:

Faixa de Parâmetros solicitada			Drager - Atlan	GE CS 620-650
PEEP: 2 a 40 cmH2O		MINDRAY EX 65		
		Desl, 3 a 30 cmH2O	Desl, 2 a 35	4 a 30
Pins: 10 a 90 cmH2O		5 a 80 cmH2O	5 a 80	5 a 60



Shell LIFE

Acrescentamos ainda que as características solicitadas, dentro das faixas de PEEP e PINS só são atendidas por **um único fabricante, KTK**, sendo assim o edital se encontra direcionado impedindo que outros fabricantes de igual ou melhor qualidade possam participar .

Mediante o exposto solicitamos a impugnação deste edital e que as faixas desses dois parâmetros sejam alteradas, permitindo a participação dos fabricantes acima mencionados.

PEEP: de 3 a 35 cmH2O

PINS: de 5 a 60 cmH2O

Niterói, 02 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Dagner de Abreu Bon - Sócio Diretor
RG 067123208 IFP/RJ CPF 889.671.587-34
Shell Life Material Hospitalar Ltda
CNPJ10.201.443/0001-02