



Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

PP nº 017/2026 – Processo nº 3405/2026 – Pedido de Esclarecimento (Item 1.3 – Velocidade fotométrica e ISE) – Kovalent do Brasil Ltda.

6 mensagens

'Julianna Garcia' via Licitação HAC <licitacao@alcidescarneiro.com>
Responder a: Julianna Garcia <julianna.garcia@biosys.com.br>
Para: "licitacao@alcidescarneiro.com" <licitacao@alcidescarneiro.com>
Cc: Licitações Biosys <licitacoes@biosys.com.br>

30 de setembro de 2026 às 17:10

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro – SEHAC

Ref.: Pregão Presencial nº 017/2026 – Processo nº 3405/2026

Objeto: Locação de equipamentos de bioquímica com fornecimento de testes em regime de bonificação, pelo período de 12 (doze) meses.

Prezado Senhor Pregoeiro,

A KOVALENT DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.199/0001-56, com sede na [Rua Cristóvão Sardinha, nº 110, São Gonçalo/RJ, CEP 24722-350](#), vem, com fundamento no item 1.3 do Edital, apresentar tempestivamente o seguinte PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

1. O Anexo I do Edital e o subitem 1.3 do Anexo I do Termo de Referência (Anexo VII) exigem, para o equipamento principal, "capacidade para no mínimo 800 testes/hora fotométricos com módulo ISE".

2. A redação não especifica, de forma separada, a velocidade mínima exigida para os testes fotométricos e para os testes realizados pelo módulo ISE (Na, K e Cl). Considerando a gama de equipamentos disponíveis no mercado, considerando que a capacidade produtiva do equipamento é em sua maioria avaliada pela capacidade fotométrica, essa informação dará ao processo a isonomia necessária para apresentação de propostas equivalentes tecnicamente, sem o entendimento dúbio ou tendencioso.

3. Diante disso, solicitamos que sejam informados:

a) a quantidade mínima de testes/hora FOTOMÉTRICOS exigida para o equipamento principal;

b) a quantidade mínima de testes/hora ISE exigida para o equipamento principal; e

c) se os 800 testes/hora indicados no subitem 1.3 correspondem à capacidade total do equipamento com o módulo ISE configurado, ou seja, à soma dos testes fotométricos e dos testes ISE.

Solicitamos que a resposta seja encaminhada com antecedência à data da sessão pública (08/10/2026) e divulgada a todos os interessados, para garantir a isonomia entre os licitantes.

Atenciosamente,

JULIANNA GARCIA

Supervisora de Licitações



+55 21 3907-2504



julianna.garcia@biosys.com.br



grupo
kovalent
grupokovalent.com.br



Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

1 de outubro de 2026 às 10:11

Para: Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

Cc: Sergio Amaral <laborat.sergio@alcidescarneiro.com>, Micaella Veiga Mesquita <juridico.micaella@alcidescarneiro.com>

Boa Dia

Segue a solicitação de esclarecimento da empresa KOVALENT referente a Licitação de Locação de Equi. de Bioquímica com fornecimento de testes. Favor analisar e retornar.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Micaella Veiga Mesquita <juridico.micaella@alcidescarneiro.com>

1 de outubro de 2026 às 14:39

Para: Sergio Amaral <laborat.sergio@alcidescarneiro.com>, Ana Carolina Magalhães Fernandes <laborat.ana@alcidescarneiro.com>

Cc: Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>, Juliana de Almeida de Oliveira <juridico.juliana@alcidescarneiro.com>

Carol e Sérgio, boa tarde,

Considerando que a demanda é técnica, peço analisarem a solicitação e responderem para que o setor de licitações possa fazer a devolutiva à empresa, e se for o caso, cancelar o procedimento.

Att;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Sergio Amaral <laborat.sergio@alcidescarneiro.com>

5 de outubro de 2026 às 15:18

Para: Micaella Veiga Mesquita <juridico.micaella@alcidescarneiro.com>

Cc: Ana Carolina Magalhães Fernandes <laborat.ana@alcidescarneiro.com>, Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>, Juliana de Almeida de Oliveira <juridico.juliana@alcidescarneiro.com>

Boa tarde, em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que, em razão da demanda da rotina de testes fotométricos, o equipamento ofertado deverá apresentar capacidade mínima de 600 (seiscentos) testes fotométricos por hora e capacidade mínima de 200 (duzentos) testes por hora para o módulo ISE (Na, K e Cl), totalizando no mínimo 800 testes/hora.

Para fins de atendimento ao requisito de capacidade total de 800 testes por hora, poderão ser consideradas conjuntamente as capacidades dos módulos fotométrico e ISE, desde que sejam atendidos os quantitativos mínimos estabelecidos para cada módulo, conforme informado.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

5 de outubro de 2026 às 15:51

Para: Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>
Cc: Julianna Garcia <julianna.garcia@biosys.com.br>

Boa Tarde
Julianna

Segue o retorno da parte técnica sobre os esclarecimentos solicitados .
Favor verificar e nos informar se sua dúvida foi sanada.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Julianna Garcia <julianna.garcia@biosys.com.br>
Para: Lorrane Augusto Correa <licita.lorrane@alcidescarneiro.com>

5 de outubro de 2026 às 16:33

Oi Lorrane,

Boa tarde.

Foi esclarecido sim. Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente,

JULIANNA GARCIA

Supervisora de Licitações

+55 21 3907-2504

julianna.garcia@biosys.com.br



grupo
Koalent
grupokoalent.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

